



nsi lab solutions

protect more. test more.

7212 ACC Blvd. | Raleigh, NC 27617 | 800.234.7837

Page 1 of 1

分析证明书

环氧氯丙烷 标准溶液

产品编号: S-3609
批号: NSI251105160
生产日期: 2025/11/5

保质期: 2028/11/30
溶剂: 甲醇
危害: 刺激、易燃

中文名	CAS	纯度	质量浓度	不确定度
			ug/mL	
环氧氯丙烷	106-89-8	99.9%	999.8	9.31

包装、储存及使用说明

该标准物质以安瓿瓶熔封保存，需2-8℃保存

1. 回温至室温
2. 轻轻上下翻转混匀
3. 检查是否由沉淀析出，如有，用超声使之重新溶解
4. 启封并汲取适量使用

溯源

原料：分析项目原料选用可用的最高纯度原料用于配制该样品。如有相应的 NIST标准物质可用，原料纯度及不确定度会与其对照分析校验

方法：浓度值通过容量法及肿瘤法验证

天平：所有天平按ISO17025校准实验室认证要求每季度校准一次，溯源至NIST。所有天平每天按照内部标准操作程序查验，查验所用砝码按17025认证要求每年校准一次。

温度计：所有温度计溯源至 NIST，每年校准一次

玻璃器皿：此样品配制过程中涉及的所有玻璃器皿为 A 级。所有玻璃器皿启用前经过内部标准操作程序校验。移液器按17025认证要求每月校准一次。

用途

- 分析仪器校准
- 分析方法验证
- 配制工作标准，如校核标准
- 检测极限研究

均匀性/稳定性/保质期

该标物生产过程中已充分混匀。批次均匀性按要求随机取样分析建立。该标物稳定性基于短期及长期对确认浓度的监测结果。保质期基于长期监测结果确保保质期内有效

不确定度

不确定度为 95%置信区间扩展系数 K=2.

Ken Grzybowski

Ken Grzybowski, Organics Department Manager

Hunter Fazler

Hunter Fazler, Quality Lead

配制实验室及资质: nsilabsolutions

ISO 9001:2015 UL Registered Firm – Certificate # 10002343 QM15



ISO 17034:2016 - Certificate AR-1571



ISO/IEC 17043:2010 - Certificate AP-1693



ISO/IEC 17025:2017 - Certificate AT-1690